

2022年11月18日

お客様各位

株式会社 大田計器製作所
190-0032 東京都立川市上砂町 5-22-1
TEL : 042-538-2611
FAX : 042-535-0066

日射センサのモデル変更について

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社ホームページにてお知らせしておりした日射センサ型式：No.OW-6 の生産販売終了に伴い、型式：No.OW-60 の販売を開始することをお知らせ致します。よろしく願い致します。

敬 具

記

1. 製品仕様について

各製品の特長については添付資料をご参照下さい。

2. 変更時期

No.OW-60 について 2023 年 1 月より受注を開始致します。

3. 販売価格

オープン価格となりますので販売店様までお問い合わせ下さい。

以上

日射センサ（仕様比較）		
型式	OW-6	OW-60
ISO9060	クラス B	クラス B
検定	社内検定 気象庁検定 可	社内検定 気象庁検定 可
応答時間(出力95%)	約 8 秒	< 18 秒
ゼロオフセットA	± 6W/m ²	± 5W/m ²
ゼロオフセットB	± 2W/m ²	± 2W/m ²
長期安定性	± 0.5%/年	± 1.5%/年
非直線性	± 0.2%	± 1%
方位特性	± 20W/m ²	± 18W/m ²
分光特性	± 1%	± 3%
温度特性(ΔT50)	< 1%	< 2%
傾斜特性	± 0.2%	± 1%
測定波長範囲	285~3000nm	